


# p16 免疫組織化学染色サーベイ 配布標本と判定結果返送の説明

## 今回の配布物および返却書類の説明

- ① 配布標本と判定結果返送の説明（本書）
- ② 判定結果記入用紙・染色条件アンケート（冊子）
- ③ 本サーベイ用組織アレイ未染色標本

## 配布したサーベイ用組織アレイの配置図



- ① - ⑤ はいずれも手術例（子宮頸癌もしくは子宮体癌）

## 判定していただく際の注意点

1. 染色用のスライドは1枚です。回答の際は次ページの「施設名と判定スライド番号（未染標本に添付されている番号 P16-0000）」を必ず記載して下さい。
2. 判定結果記入用紙は直接記載していただき、染色スライドを返送する際に同封して下さい。
3. 判定結果記入用紙は必ずコピーをとって保管ください。また染色スライドについても返送は致しませんので、画像データとして、各施設にて保管頂く事をお薦めいたします。
4. 各抗体のHE染色は、NPO法人日本病理精度保証機構（活動内容-外部精度評価-2021年度前期）のHPからご覧頂けるよう準備中です。準備が出来次第、メールにてご案内させていただきます。

## 染色結果の評価について

判定結果は何れかとその理由を記入してください（必要に応じてコメント記載）。

## アンケートについて

- 1) p16免疫染色条件について；評価の際に使用抗体や条件などの確認で使用させていただきます。必ず全項目をご記入ください。
  - 2) 子宮頸部の生検診断におけるp16免疫染色について；ご施設での実施状況について検査技師、病理医とご相談の上できる限りご記載ください。
- ※本外部精度評価結果(判定・回答及びアンケート記載内容)について、結果報告書や統計・解析、資料作成などに使用させて頂くことがございます。その際には、当該施設を識別できない状態として使用いたします。

以上、ご協力よろしくお願いたします。