


# p53免疫組織化学染色サーベイ 配布標本と判定結果回答の説明

## 【配布物および判定・回答方法の説明】

1. 配布標本と判定結果回答の説明（本書）
2. 本サーベイ用組織アレイ未染色標本

※判定結果と染色条件調査票は日本病理精度保証機構HP内、施設マイページより回答をお願いします。

## 配布したサーベイ用組織アレイの配置図



## 【判定していただく際の注意点】

1. 染色用のスライドは1枚です。日常診療で用いているIHC染色法により染色を行ってください。回答の際はシステム内で記載されている「判定スライド番号」と「未染標本に印刷されている番号」に相違ないか必ず確認してください。
2. 判定結果はHPから、システム上でご回答ください。
3. 判定結果提出（システムから回答）の際は、念のため回答ページを印刷して保管願います。また染色スライド標本については、本年度はご返却いたしませんので、画像データとして、施設にて保管いただく事をお薦めいたします。
4. 抗体のHE染色は、NPO法人日本病理精度保証機構（活動内容-外部精度評価-2026年度）の染色条件回答ページからご覧いただけます。HE標本はブロック毎に50枚おきに当機構で染色を行っておりますので、各施設の標本番号に近いHE標本をご参照ください。

## 【染色結果の判定について】

判定結果は何れかとその理由をシステム上にてご回答ください（必要に応じてコメント記載）。

## 【調査票について】

評価の際に使用抗体や条件などの確認で使用いたします。必ずご回答願います。

ご施設での実施状況について検査技師、病理医とご相談の上できる限りご回答ください。

※標本の破損等ありましたら、代替標本をお送りします。その際、先に送付した標本とは異なるブロックの標本をお送りします事を、あらかじめご了承ください。

※本外部精度評価結果（判定・回答及び調査票記載内容）について、結果報告書や統計・解析、資料作成などに使用させていただくことがございます。その際には、当該施設を識別できない状態として使用いたします。  
以上、ご協力よろしくお願い申し上げます。